

## II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN  
DER EUROPÄISCHEN UNION

## EUROPÄISCHE KOMMISSION

**Mitteilung der Kommission im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 2004/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Messgeräte <sup>(1)</sup>***(Veröffentlichung der Fundstellen normativer Dokumente der OIML und der Liste der Teile davon, die sich auf grundlegende Anforderungen beziehen (nach Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie))***(Text von Bedeutung für den EWR)**

(2013/C 109/01)

**MI-006: Selbsttätige Mengenwaagen**

in Bezug auf:

— OIML R 51-1 Ausgabe 2006 (E)

Grundlegende Anforderungen in der Messgeräte Richtlinie (Anhang I und MI-006 gemeinsamer Teil und Kapitel II)	OIML R 51-1 Ausgabe 2006 (E)	Hinweis
Anhang I		
1.1	T.4.3.1, T.4.3.7, 2.5, 2.6, 4.1.1	Abgedeckt
1.2	4.1.3, 4.1.6, 4.2.2	Abgedeckt
1.3	5.2.1	Abgedeckt
1.3.1	2.9.1.1, 2.9.1.2	Abgedeckt, ausgenommen die Bestimmung bezüglich Betauung/keine Betauung und offen/geschlossen
1.3.2		Nicht zutreffend
1.3.3		
a) E1 a) E2	A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3	Abgedeckt
a) E3	A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3, A.6.3.6	Abgedeckt, sofern Prüfimpuls 5, Prüfebene IV, nach ISO 7637-2:2004(E) verwendet wird
b)	A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3	Abgedeckt, sofern die in dem OIML D11 (2004) festgelegten Schweregrade in manchen Fällen herangezogen werden

<sup>(1)</sup> ABl. L 135 vom 30.4.2004, S. 1.

Grundlegende Anforderungen in der Messgeräterichtlinie (Anhang I und MI-006 gemeinsamer Teil und Kapitel II)	OIML R 51-1 Ausgabe 2006 (E)	Hinweis
1.3.4	2.9.2, A.6.2.4, A.6.2.5, A.6.2.6, A.6.2.7, 4.2.3, 6.4.3, A.5.2, 2.9.3, A.6.2.8, 2.9.1.3, A.6.2.2, 6.1.4 und A.5.8, 2.8.1, 6.4.4 und A.5.7	Abgedeckt, ausgenommen Schwankungen der Netzfrequenz und netzfrequente magnetische Felder
1.4		
1.4.1	A.6.1.1, Annex A	Abgedeckt
1.4.2	A.6.2.3, 4.1.2	Abgedeckt, ausgenommen die Prüfung bei feuchter Wärme und zyklischer Temperaturänderung (Betauung)
2	A.7, 6.5.3, 2.10	Abgedeckt
3	T.3.6	Abgedeckt
4	T.3.5, 3.3.1, 2.5.1, 5.2.3	Abgedeckt
5	4.1.4, A.7, 2.10, 6.5.3, T.3.7	Abgedeckt
6	3.2.2, 4.1.3, 4.2.2	Abgedeckt
7		
7.1	3.2.1, 3.2.2, 3.2.4	Abgedeckt
7.2	3.1	Abgedeckt
7.3		Nicht zutreffend
7.4		Nicht zutreffend
7.5	3.1	Abgedeckt
7.6	3.4.5, 2.11, 6.1.5	Abgedeckt, ausgenommen die Beschreibung des Prüfverfahrens in der Bedienungsanleitung
8		
8.1	4.2.4	Abgedeckt
8.2	3.2.6	Abgedeckt
8.3	3.4.5, 3.2.3	Abgedeckt
8.4	3.2.6, 3.2.3, 3.4.4	Abgedeckt
8.5		Nicht zutreffend
9		
9.1	3.11.1, 3.11.2	Abgedeckt, ausgenommen die Angabe über das Vorhandensein von Zusatzeinrichtungen
9.2		Nicht zutreffend
9.3	3.11.1, 3.11.2, 3.11.3	Abgedeckt, ausgenommen Informationen (über Funktionsweise, Aufstellung, Wartung, Reparaturen und zulässige Einstellungen des Messgeräts sowie zur Gewährleistung eines fehlerfreien Betriebs), Kondenswasserbildung, offener bzw. geschlossener Einsatzort

Grundlegende Anforderungen in der Messgeräte-richtlinie (Anhang I und MI-006 gemeinsamer Teil und Kapitel II)	OIML R 51-1 Ausgabe 2006 (E)	Hinweis
9.4		Nicht zutreffend
9.5	3.3.2	Abgedeckt
9.6		Nicht zutreffend
9.7	2.7	Abgedeckt
9.8	3.11.4, 3.12	Abgedeckt
10		
10.1	3.3, 3.4	Abgedeckt
10.2	3.3.1, 2.4, 3.4.2, 3.3.2	Abgedeckt
10.3	3.4.3, 3.4.4	Abgedeckt
10.4	3.4.3	Nicht direkt abgedeckt, obwohl einige Anforderungen Anwendung finden
10.5		Nicht zutreffend
11		
11.1	3.4.4, 3.4.3	Abgedeckt, wenn das Messinstrument mit einem Speichermedium oder einem Drucker ausgerüstet ist
11.2	3.4.4, 3.4.3	Abgedeckt, wenn das Messinstrument mit einem Speichermedium oder einem Drucker ausgerüstet ist
12	2.11, 6.1.5, 6.1.8	Abgedeckt
Anhang MI-006		

**KAPITEL I — Für alle Arten selbsttätiger Waagen geltende Anforderungen**

1	5.2.1	Abgedeckt
1.1	T.3.1.1, T.3.1.2, T.3.1.3, 2.2.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.3	Abgedeckt
1.2	2.9.2	Abgedeckt
1.3	2.9.1.1, 2.9.1.2, 2.9.3, 3.2.5	Abgedeckt
1.4	6.1.4, 2.9.3, 3.2.3	Abgedeckt
3		
3.1	2.9.3, 3.2.3, 3.2.5	Abgedeckt
3.2	3.2.7	Abgedeckt
3.3	3.3.1, (3.3, 3.2.4, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.3, 3.9.4)	Abgedeckt
3.4	4.2.1	Abgedeckt
3.5	3.5, 3.6	Abgedeckt

Grundlegende Anforderungen in der Messgeräterichtlinie (Anhang I und MI-006 gemeinsamer Teil und Kapitel II)	OIML R 51-1 Ausgabe 2006 (E)	Hinweis
3.6	3.3.3, 3.10.3	Abgedeckt
<b>KAPITEL II — Selbsttätige Mengenwaagen</b>		
1		
1.1	2.1	Abgedeckt
1.2	2.1.1, 2.1.2	Abgedeckt, ausgenommen dass in der Richtlinie 2004/22/EG nicht III, sondern IV verwendet wird.
2		
2.1	2.1	Abgedeckt
2.2	2.1.1	Abgedeckt
3	2.1, 2.1.2	Abgedeckt
4		
4.1	2.5.1.1, 2.5.1.2 A.3.9.2.2 a)	Abgedeckt
4.2	2.5.1.1 Tabelle 4	Abgedeckt
4.3	2.2.1 Tabelle 1	Abgedeckt
4.4	2.2.1, 2.3	Abgedeckt, sofern die Genauigkeitsklasse nicht XIII oder Y a) bei $0,1 \text{ g} \leq e \leq 2 \text{ g}$ ist
5	2.2.2	Abgedeckt
6		
6.1	3.2.3	Abgedeckt
6.2	3.2.3	Abgedeckt
7.1		
7.1.1	2.6.1	Abgedeckt
7.1.2	2.6.2	Abgedeckt
7.2	T.4.3.9, 4.1.3	Abgedeckt
7.3	2.9.1.2	Abgedeckt

**Anmerkungen:**

Der Spalte „Hinweis“ ist die Übereinstimmung zwischen der OIML R51-1 und der betreffenden Anforderung der Richtlinie 2004/22/EG zu entnehmen.

Die Angabe „Abgedeckt“ kann folgende Bedeutung haben:

- Die Anforderung der OIML R 51-1 deckt sich mit der der Richtlinie 2004/22/EG oder
- die Anforderung der OIML R 51-1 ist strenger als die der Richtlinie 2004/22/EG oder
- alle Anforderungen der OIML R 51-1 genügen den Anforderungen der Richtlinie 2004/22/EG (selbst wenn die Richtlinie 2004/22/EG andere Möglichkeiten zulässt).
- Wird der Anforderung nicht vollauf genügt, wird kurz erläutert, was abgedeckt ist.

Die Angabe „Nicht abgedeckt“ bedeutet, dass die Anforderung der Richtlinie 2004/22/EG nicht mit der betreffenden Anforderung der OIML R 51-1 übereinstimmt oder nicht in der OIML R 51-1 enthalten ist.

Die Angabe „Nicht zutreffend“ bedeutet, dass die Anforderung des Anhangs I der Richtlinie 2004/22/EG auf selbsttätige Mengenwaagen keine Anwendung findet.